

# Инструкция по применению ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ЗУБНЫХ КОРОНОК ТУ РБ 05721299.002-99

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

## **1. Информация для пользователей.**

Гильзы металлические (далее – медицинское изделие) применяются в стоматологии и предназначены для изготовления искусственных коронок зубов. Гильзы произведены методом холодной штамповки из ленты нержавеющей легированной стали толщиной 0,30 мм.

Материал, применяемый в изготовлении гильз, устойчив к обработке дезинфицирующими средствами с нейтральным рН.

В зависимости от размера искусственной коронки используют гильзы различных диаметров и высот.

Гильзы являются коррозионностойкими в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения.

## **2. Комплектность**

### **Комплект поставки:**

- гильзы для зубных коронок (одного диаметра) в потребительской упаковке в количестве 50 (100) штук в зависимости от диаметра;

- эксплуатационная документация (паспорт / инструкция) – 1 шт.

Перед заводской упаковкой медицинские изделия очищаются от технологических загрязнений, обезжириваются и высушиваются.

## **3. Применение**

Применение гильз осуществляется зубными техниками в строгом соответствии с функциональным назначением заготовок и общими техническими требованиями к зубным протезам.

Гильзы предназначены для одноразового использования.

## **4. Транспортирование и хранение**

Транспортирование гильз допускается всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ 19126, в том числе в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Хранение гильз на складах поставщика (потребителя) по условиям хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150.

## **5. Утилизация**

Утилизацию использованного, а также непригодного к использованию изделия, элементов его упаковки, проводить в соответствии с законодательством Республики Беларусь\* по обращению с отходами.

## **6. Гарантия**

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня выпуска.

Изготовитель не несет ответственности за выход из строя медицинского изделия в результате его неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



### **Закрытое акционерное общество «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 8

Тел./Факс: +375 176 541676, +375 176 581616

E-mail: [strum@tut.by](mailto:strum@tut.by); [www.strum.by](http://www.strum.by)

### **Уполномоченный представитель в РФ:**

Общество с ограниченной ответственностью «СТРУМ Северо-Запад»

198329 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 12, оф. 36

Тел./факс: (7812) 336-24-54, 730-17-174

E-mail: [megastrum@mail.ru](mailto:megastrum@mail.ru) [www.megastrum.ru](http://www.megastrum.ru)

\* Российской Федерации (в случае поставки медицинского изделия на территорию указанной страны)  
Регистрационное удостоверение Республики Беларусь ИМ-7.6725/1607 от 28.07.2016г. до 28.07.2021г.